オットーボック装具　取扱説明書 ②（製品篇）
8386　ゲニュ　サーマ　コンドロ

義肢装具士をはじめとする医療従事者の方々へ

このたびは本製品をご採用いただきまして、誠にありがとうございます。本製品を安全にお取扱いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書①（基本篇）と取扱説明書②（製品篇）をよくお読みいただき、使用される方に装着方法、使用上の注意、お手入れ方法などを必ずご案内ください。
また取扱説明書①②は、必要な際にいつでも参照できるようにお手元に大切に保管してください。

【適応・用途】

『8386　ゲニュ　サーマ　コンドロ』は、膝蓋腱（膝蓋靭帯）および膝蓋骨周辺を保護する装具です。

⚠ 注意	● 適応については、必ず医師の診断を受けてください。

【特徴】

本製品は日常生活だけでなく、スポーツやリクレーション活動など、幅広い活動の中で使用することができます。
装着することにより、膝蓋骨の上下の膝蓋腱にかかる負荷を軽減します。本体に使用されている保温性と伸縮性のある素材により、膝関節を保護します。
リハビリテーションやスポーツ訓練用として使用する場合には、必要に応じて、医療従事者やスポーツ専門の指導者に訓練方法の指示を仰いでください。また装着される方の状況に応じて、予防用としても使用することができます。
本製品は、活動中に装具が下にズレ落ちにくいデザインとなっています。

⚠ 注意	● 本製品の本体にはネオプレン素材が使われていますので、装着時間については医師の指示に従ってください。 ● 装着部位が保温されることにより不具合が生じる場合には、ネオプレン素材を使用していない他の製品の使用をおすすめします。 ● 天然ゴムまたは合成ゴムによるアレルギーがある場合には、事前に医師に相談してください。

【サイズの選び方】

以下を参照し、サイズの選択をしてください。　（一箱 :1 個入り）

発注品番	サイズ	適用範囲	
		膝蓋骨中心周径(cm)	下腿周径(cm)
8386=XXS-7	XXS	27～30	29～32
8386=XS-7	XS	30～34	32～35
8386=S-7	S	34～37	35～38
8386=M-7	M	37～41	38～41
8386=L-7	L	41～44	41～44
8386=XL-7	XL	44～48	44～48
8386=XXL-7	XXL	48～51	48～51



・左右兼用
・計測値が2サイズにまたがる場合は、大きい方のサイズをお選びください。
・XXLサイズはドイツからの取寄せとなります。

【サイズの測り方】
イラストのように膝蓋骨中心より15cm下の周径を測ります。
膝蓋骨中心の数値は参考値です。

【調整方法と装着手順】

⚠ 注意	● 本製品を初めて装着される際には、必ず医師、義肢装具士をはじめとする医療従事者による調整と装着手順の指導が必要となります。

装着前に取扱説明書①基本篇の【使用上の注意―必ずお読みください―】をよく読み、また、医療従事者による装着手順の指導に従って、正しく装着してください。（写真は右足での手順を示しています。左足の場合はベルトの位置が左右逆になります。）

備　考	● 装着者が安全に、かつ適切に装着するために、イスに浅く腰かけて、以下の装着手順を行ってください。

（次ページに続く）



写真①

① 本体の面ファスナーを全て外してください（写真①）。

写真②－1

写真②－2

② 本体に足を通し、前面の開放部が膝蓋骨付近に来るまで上に引き上げます（写真②－1）。
前面肌側に取付けられたパッドを膝蓋骨の下の位置（膝蓋靭帯）に当ててください（写真②－2）。

写真③

③ はじめに本体の大腿部ベルトをゆるめに閉じます(写真③)。

写真④－1

写真④－2

④ 下腿部ベルトを膝の後方から周回させ、プラスチックカンに通して折り返し（写真④－1）、面ファスナーでしっかりと留めます（写真④－2）。

写真⑤－1

写真⑤－2

写真⑤－3

⑤ 最後に大腿部ベルトをしっかりと留め直します。

正しく装着できているかを確認し、必要に応じて、ズレ、ゆるみ、締め付けすぎなどがないように装着状態を調整してください。（写真⑤－1、2、3）

⚠ 注意	● 義肢装具士をはじめとする医療従事者は、本製品が正しい位置で装着できるように調整されていることを必ず確認した上で、使用者に手渡してください。

【お手入れ方法と注意事項】

⚠ 注意	● お手入れをされる場合には、取扱説明書 ①【お手入れ方法と注意事項】を必ずご覧ください。

・繊維を傷めたり、伝線やほつれの原因となることがありますので、 フック面とループ面の両面を接着させてお手入れしてください。

【品質表示】本体： ネオプレンゴム、ナイロン、など

お問合わせ先

掲載内容の無断使用禁止

掲載されている内容、文章、画像については、無断で使用もしくは転載することを禁止します。

輸入販売元
オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.co.jp
〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F　TEL:03-3798-2111(代表) FAX:03-3798-2112

O-IFU-T-8386-201505